



Aviso 23/10/2014 09:16:33

No item 23, desconsiderar a exigência do termo cfi, permanecendo apenas "par de coculares de 10x,com campo amplo..." Desconsiderar a exigência da "objetiva de 4x" Objetiva e Planacromática de 4x N.A 0,10 W.D 30MM"

Fechar