

**Re: Solicitação de Esclarecimento PE 010/2014 Item 28**

Licitação IFC Araquari <licitacao@ifc-araquari.edu.br>
Para: IFC - Câmpus Araquari <ifc@ifc-araquari.edu.br>

23 de outubro de 2014 08:54

Bom dia!

Agradeço por vosso apontamento. A capacidade é de 200 litros. Publicaremos um Aviso no Site de Compras Governamentais com uma retificação.

Grata,

Coordenação de Licitações - Coordenadora Juliana de Oliveira Tedesco
Departamento de Administração e Planejamento - DAP
Instituto Federal Catarinense - Câmpus Araquari
Fone: (47) 38037245

Em 20 de outubro de 2014 13:14, IFC - Câmpus Araquari <ifc@ifc-araquari.edu.br> escreveu:

Atenciosamente,

--



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE
Câmpus Araquari

Denise Martins
Instituto Federal Catarinense - Câmpus Araquari
(47) 3803-7200
<http://ingresso.ifc.edu.br/>
<http://araquari.ifc.edu.br/>

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Columbia - Pregão** <pregao@columbiacomercial.com.br>
Data: 20 de outubro de 2014 11:19
Assunto: Solicitação de Esclarecimento PE 010/2014 Item 28
Para: ifc@ifc-araquari.edu.br

Inst Fed Educ Ciência Tecnol Catarinense - Araquari

Solicito esclarecimento referente ao item 28 - Ultrafreezer Vertical, no descritivo é solicitado capacidade de 20 litros, porém, não existe ultrafreezer de 20 litros com as dimensões citadas (l x p x a): 770 x 780 x 1620 mm, você poderia verificar por gentileza qual a real necessidade?

--

[Consulte aqui](#) nossa lista de produtos disponíveis para Adesão (Carona SRP)

OU

Faça sua adesão diretamente em nosso site:

www.columbiacomercial.com.br

Atenciosamente,

Maisa



Columbia Comercial de Equipamentos Ltda
Fone: (41) 3068-3671 Fax: (41) 3068-3668

