

Pregão Eletrônico

▪ Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :

Ao
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI

REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO
Pregão Eletrônico nº 4/2015
Item 57 (cinquenta e sete)

Ilmo Sr. Pregoeiro e Digníssima Equipe de Apoio

A SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP, inscrita sob CNPJ nº 05.869.012/0001-70, por seu representante legal infra-assinado, tempestivamente, vem, com fulcro do art. 26 do Decreto nº. 5450, de 31 de maio de 2005, amparado pela Lei nº 10520 de 17 de julho de 2002, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão dessa Digna Comissão de Licitação que aceitou para o item 57 (cinquenta e sete) do Pregão Eletrônico nº 04/2015, a proposta da empresa MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP, sendo que a mesma não atende as exigências mínimas do edital, melhor sorte não restando ao 2º colocado, conforme provaremos abaixo:

Pedimos suas considerações quanto ao julgamento legal das propostas:

Baseado no Art.3º da Lei 8.666 de 21 de Junho de 2003, "A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.", tendo ainda em vista o Art.14º da citada Lei "As compras, sempre que possível, deverão: (Regulamento) I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;";

O edital é claro quanto as exigências técnicas para o item 57:

"MICROCENTRÍFUGA

Características: Nível de ruído baixo; Tampa com trava de segurança que permite a abertura apenas depois de finalizada a centrifugação; Display em LCD; Rotor de metal autoclavável (121°C, 15psi, 20min); Timer com capacidade de programação de 15 segundos a 99 minutos; Com tecnologia de guia de fluxo que minimiza o calor durante a centrifugação e protege as amostras; Acompanha rotor fixo com capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0mL com tampa; RPM Máximo 800 - 15.000 RPM; RCF Máximo 100 - 15.100 x g; Voltagem 110-220V (Bivolt); Frequência 60Hz; 1 pacote com 12 adaptadores para microtubos de 0,5mL; 1 pacote com 12 adaptadores para microtubos de 0,2mL; 1 Cabo de Energia AC. Frete incluso no valor. * Garantia mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)"

A empresa MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EP, apresentou proposta conforme descrito no sistema comprasnet, marca Fanem, fabricante: Fanem:

DESCRIPTIVO PARA O ITEM 57 CENTRIFUGA EXCELSA FLEX MARCA FANEM® MODELO 3400 - Centrífuga de bancada para trabalhos em banco de sangue, nos testes ABO, Fator RH, testes de coombs e lavagem de células, bem como para trabalhos em laboratórios para análise de células em citologia, pesquisa clínica, veterinário, banco de leite, etc; (Dependendo da opção de cruzeta a ser utilizada) - Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 61326-1. - Externamente construída em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi texturizada, com caixa tripla de proteção, sendo painel e câmara interna em plástico de engenharia injetado, proporcionando alta resistência à impactos, protegendo o operador contra estilhaços de vidro ou qualquer outro objeto; - Display de cristal líquido com controle microprocessado, atuando em conjunto com inversor de frequência e motor de rolamento blindado de alta resistência, tipo brushless "sem escovas", mantendo a rotação suave e precisa, através de processador de sinais digitais, com baixo nível de ruído e informações dos diagnósticos de falhas; - Sistema inovador de detecção de desequilíbrio com tecnologia por "acelerômetro", que automaticamente desliga o motor quando a cruzeta sofrer o desbalanceamento; - Tampa com amortecedor, permitindo suave fechamento e abertura; - Capacidade de opções de rampas de aceleração e frenagem para atuação do freio; - Temporizador com objetivo de melhorar o controle e processo, com maior segurança e confiança; - Sistema de proteção como trava automática da tampa que não permite trabalhos com tampa aberta, liberando somente ao final do processo, com o motor parado por segurança. Apresenta na parte lateral um atuador manual para abertura de tampa, em caso de falta de energia; - Painel frontal com display de cristal líquido "LCD" com bracklight, que apresenta informações detalhadas do processo e dos

ajustes, seleção de 3 idiomas diferentes (inglês, português e espanhol) à escolha do usuário, feitos através de teclas no painel; - Permite gravar até 10 programas de trabalho, podendo ser ajustada a rotação entre 300 até 14.000 rpm e FCR (g) entre 800 até 20.180 (variando de acordo com o tipo de cruzeta), tempo de aceleração e frenagem entre 30 e 255 segundos, tempo de processo até 120 minutos com intervalos de 5 segundo, durante o processo toda a indicação do estágio em andamento é apresentada de forma interativa no display; - Alarme sonoro e visual para final de ciclo; - Teclas para programação, abertura de tampa, liga/desliga, acréscimo e decréscimo e tecla Hold, para trabalhos rápidos na última programação; - Ruído máximo inferior a 65DbA; - Capaz de escolher opcionalmente, diferentes tipos de cruzetas; - Dimensões Externas Largura 28,0 cm Fundo 43,0 cm Altura 28,0 cm (com tampa fechada) - Voltagem: 127/220V – Bivolt automático - Frequência: 50/60 hz - Potência elétrica: 350 watts - Procedência: Nacional - Registro no Ministério da Saúde: 10224629052 - Referência: 340.000.900 Para cada equipamento acompanh: 01 Cruzeta Angular para 24 microtubos de 1,5/2,0ml Rotação máxima até 14.000rpm FCR máximo até 11.970g Ref.: 340.003.600

Em análise técnica do ofertado verifica-se que o equipamento não atende as exigências mínimas do edital no que tange:

1. Solicitado centrífuga para trabalhar até 15.000 RPM e ofertado equipamento com limite máximo de 14.000 RPM.
2. Solicitado acompanhar, 1 pacote com 12 adaptadores para microtubos de 0,5mL e 1 pacote com 12 adaptadores para microtubos de 0,2mL, acessórios que não constam na proposta da empresa vencedora.

Assim sendo, pedimos a reconsideração na aceitação do item 57, desclassificando a empresa MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP, por não atender as exigências mínimas do edital, dando-se seguimento a análise das demais propostas, fazendo-se assim justiça ao pleito de aferir as melhores condições técnicas e de preço para a aquisição de bens a essa conceituada Instituição.

P.Deferimento,

Piracicaba, 15 de Outubro de 2015.

Ricardo Lucio Prado
Procurador Nomeado
Vendas Técnicas.

Fechar